

### I. Pytania potencjalnego wykonawcy dot. części G zamówienia (Zestaw endoskopowy)

**Pytanie:** Czy Zamawiający dopuszcza zakup zestawu endoskopowego z manualnym ustawieniem balansu bieli za pomocą przycisku?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający nie dopuszcza manualnego ustawienia balansu bieli.

**Pytanie:** Czy Zamawiający dopuszcza zakup sinuskopu o długości roboczej 187,5 mm?

**Odpowiedź:** TAK. Zamawiający dopuszcza sinuskop o długości roboczej w zakresie 175mm – 187,5 mm.

### II. Pytania potencjalnego wykonawcy dot. części H zamówienia (Aparat krio)

**Pytanie:** Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia również sond do aparatu do kriochirurgii?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający oczekuje dostarczenia w ramach oferty mikrosondy śr. 1 mm oraz sondy do siatkówki długiej.

**Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści aparat zasilany elektrycznie za to z automatycznymi funkcjami czyszczenia i automatyczną regulacją ciśnienia?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie alternatywne – aparat zasilany elektrycznie.

### III. Pytania potencjalnego wykonawcy dot. części I zamówienia (Diatermia)

**Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści diatermię z maksymalną mocą cięcia 120W?

**Odpowiedź:** TAK. Zamawiający dopuszcza diatermię z maksymalną mocą cięcia 120W.

**Pytanie:** Czy Zamawiający mógłby określić jakie oczekuje akcesoria wraz z diatermią (ilości, rodzaj elektrod)?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje dostarczenia w ramach oferty dwóch elektrod:  
- elektroda igła wolframowa kąтова, izolowana, 0,5x40 mm,  
- szczytce bipolarne kątowe 160 mm,