

I. Pytania potencjalnego wykonawcy dot. części B zamówienia (mikroskop zabiegowy) oraz części C (aparatus OCT z modułem AngioOCT)

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: Zapewnienie reakcji serwisu (telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną) w czasie maksymalnie 24 godz. (w dni robocze) od zgłoszenia Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w powyższym zakresie.

Pierwotny zapis: Zapewnienie reakcji serwisu (telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną) w czasie maksymalnie 24 godz. od zgłoszenia Zamawiającego

Zapis po zmianie: Zapewnienie reakcji serwisu (telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną) w czasie maksymalnie 24 godz. (w dni robocze) od zgłoszenia Zamawiającego

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: W przypadku konieczności wizyty serwisowej zapewnienie reakcji serwisu do 72 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w powyższym zakresie.

Pierwotny zapis: W przypadku konieczności wizyty serwisowej zapewnienie reakcji serwisu do 72 godzin od zgłoszenia Zamawiającego.

Zapis po zmianie: W przypadku konieczności wizyty serwisowej zapewnienie reakcji serwisu do 72 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia Zamawiającego.

II. Pytanie potencjalnego wykonawcy dot. części B zamówienia (pachymetr)

Pytanie: Prosimy o dopuszczenie w części B pachymetru zasilanego akumulatorowo bez możliwości zasilania sieciowego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w powyższym zakresie.

Pierwotny zapis: 3) zasilany sieciowo z możliwością zasilania akumulatorowego

Zapis po zmianie: 3) możliwość zasilania akumulatorowego

SPEKTRUM Sp. z o.o.
53-334 Wrocław, ul. Zaolziańska 4
tel. 71 344 57 25
NIP 897-16-58-338, REGON: 932632951
(1)

PREZES ZARZADU
Twona Polaczek