



Wrocław, 29.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/17

Zakup sprzętu medycznego do gabinetu zabiegowo-diagnostycznego
w ramach projektu pn.

**„Zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie
dysfunkcji narządu wzroku poprzez zakup sprzętu medycznego oraz IT dla
SPEKTRUM Sp. z o.o. we Wrocławiu”**

o nr **RPDS.06.02.00-02-0048/16**,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej,
Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

I. Zamawiający i sposób organizacji zapytania ofertowego

1. Zamawiający

SPEKTRUM SP. Z O.O.
ul. Zaolziańska 4
53-334 Wrocław
www.spektrum.wroc.pl
NIP: 897-16-58-338
REGON: 932632951

2. Komunikacja Zamawiającego i wykonawców

Komunikacja Zamawiającego z wykonawcami oraz wykonawców z Zamawiającym odbywać się będzie poprzez pocztę elektroniczną e-mail. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z wykonawcami:

osoba upoważniona do kontaktu: Bartłomiej Krawczyk
e-mail: bk@spektrum.wroc.pl

Zamawiający oraz wykonawcy są zobowiązani niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania wiadomości.

3. Tytuł i numer zapytania ofertowego

Tytuł: Zakup sprzętu medycznego do gabinetu zabiegowo-diagnostycznego

Numer: 6/2017

4. Kategoria ogłoszenia (rodzaj zamówienia)

Kategoria – dostawy.

5. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez zamieszczenie:

- na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
- na stronie internetowej Zamawiającego: <http://www.spektrum.wroc.pl/>, w zakładce Projekty unijne

6. Tryb procedury udzielenia zamówienia, jego podstawa

Niniejsze procedura udzielenia zamówienia prowadzona jest w trybie zapytania ofertowego spełniającego wymogi zasady konkurencyjności ustanowionej w rozdziale 6 „Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków”, podrozdziale 6.5 „Zamówienia udzielane w ramach projektów”, sekcja 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

II. Przedmiot zamówienia i źródło jego dofinansowania

1. Opis przedmiotu zamówienia

Opis Części A

Aparat usg oka (1 sztuka) - wielofunkcyjne USG, spełniające następujące parametry:

- 1) możliwość obrazowania w prezentacji A, B oraz UBM (10MHz i 50MHz),
- 2) automatyczna lub manualna rejestracja obrazu,
- 3) wbudowany system rozpoznawania echa, z automatyczną detekcją echa twardówkowego,
- 4) statystyka: średnia i odchylenie standardowe,
- 5) głowica ze światłem fiksacyjnym,
- 6) biometria: tryb kontaktowy lub immersyjny,
- 7) możliwość kalkulacji soczewek IOL, formuły przeliczeniowe: Holladay – 1, SRK-T, Haigis, Hoffer-Q,
- h) oprogramowanie pozwalające na akwizycję, analizę i archiwizację badań.

Do obowiązków Wykonawcy należy również:

- Dostawa ww. sprzętu medycznego do siedziby Zamawiającego: SPEKTRUM Sp. z o.o. Wrocław 53-334, ul. Zaolziańska 4,
- Instalacja ww. sprzętu medycznego w siedzibie Zamawiającego: SPEKTRUM Sp. z o.o. Wrocław 53-334, ul. Zaolziańska 4,
- Udzielenie gwarancji na ww. sprzęt medyczny (w tym wszystkie jego komponenty) na okres minimum 24 miesięcy, liczonych od dnia jego protokolarnego odbioru,
- Zapewnienie serwisu ww. sprzętu medycznego po okresie gwarancyjnym w takim okresie, by łącznie z okresem gwarancyjnym obejmował minimum 7 lat jego eksploatacji, liczonych od dnia jego protokolarnego odbioru,
- Zapewnienie reakcji serwisu (telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną) w czasie maksymalnie 24 godz. (w dni robocze) od zgłoszenia Zamawiającego,
- W przypadku konieczności wizyty serwisowej zapewnienie reakcji serwisu do 72 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia Zamawiającego,
- Wykonanie w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów serwisowych ww. sprzętu medycznego przynajmniej raz do roku,
- Dostarczenie zastępczego sprzętu medycznego w terminie do 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia Zamawiającego, jeżeli przewidywany czas jego naprawy przekracza 14 dni kalendarzowych,
- Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego z obsługi ww. sprzętu medycznego dla 3 pracowników Zamawiającego.

Opis Części B

Laser mikropulsowy (1 sztuka), spełniający następujące parametry:



- 1) długość fali: 577 nm (żółta),
- 2) tryby pracy: pojedynczy impuls, pulsacyjny, ciągły, mikropulsy,
- 3) zmienny czas ekspozycji,
- 4) promień celujący,
- 5) zasilanie: od 100 do 240 V,
- 6) komplet soczewek do laseroterapii:
 - a) soczewka do równoczesnego oglądu tylnego bieguna oraz obwodu siatkówki:
 - powiększenie: 0,5 x
 - pole widzenia: 160° / 165°
 - plamka lasera: 2,0 x
 - b) soczewka do ogniskowego laserowania:
 - powiększenie: 1,06 x
 - pole widzenia: 70° / 84°
 - plamka lasera: 0,94 x
 - c) soczewka umożliwiająca leczenie zarówno centrum i obwodu dna oka:
 - powiększenie: 0,93 x
 - plamka lasera: 1.08 x
 - pole widzenia: 59°, 67°, 73°

Do obowiązków Wykonawcy należy również:

- Dostawa ww. sprzętu medycznego do siedziby Zamawiającego: SPEKTRUM Sp. z o.o. Wrocław 53-334, ul. Zaolziańska 4,
- Instalacja ww. sprzętu medycznego w siedzibie Zamawiającego: SPEKTRUM Sp. z o.o. Wrocław 53-334, ul. Zaolziańska 4,
- Udzielenie gwarancji na ww. sprzęt medyczny (w tym wszystkie jego komponenty) na okres minimum 24 miesięcy, liczonych od dnia jego protokolarnego odbioru,
- Zapewnienie serwisu ww. sprzętu medycznego po okresie gwarancyjnym w takim okresie, by łącznie z okresem gwarancyjnym obejmował minimum 7 lat jego eksploatacji, liczonych od dnia jego protokolarnego odbioru,
- Zapewnienie reakcji serwisu (telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną) w czasie maksymalnie 24 godz. (w dni robocze) od zgłoszenia Zamawiającego,
- W przypadku konieczności wizyty serwisowej zapewnienie reakcji serwisu do 72 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia Zamawiającego,
- Wykonanie w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów serwisowych ww. sprzętu medycznego przynajmniej raz do roku,
- Dostarczenie zastępczego sprzętu medycznego w terminie do 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia Zamawiającego, jeżeli przewidywany czas jego naprawy przekracza 14 dni kalendarzowych,

- Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego z obsługi ww. sprzętu medycznego dla 3 pracowników Zamawiającego.

Sprzęt medyczny (część A, B) składający się na przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz wolny od wszelkich wad (fizycznych, prawnych).

Przy opisie przedmiotu zamówienia wykazano się szczególną starannością celem zapewnienia pełnej konkurencyjności oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców. Jeśli w dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego użyto nazw własnych, w każdym takim przypadku dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, zapewniających nie gorsze parametry lub funkcje od opisanych w przedmiocie zamówienia.

2. Kody CPV

33100000-1 - urządzenia medyczne,

33124100-6 – urządzenia diagnostyczne

3. Źródło dofinansowania przedmiotu zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia dofinansowana jest w 85,00% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie dysfunkcji narządu wzroku poprzez zakup sprzętu medycznego oraz IT dla SPEKTRUM Sp. z o.o. we Wrocławiu”, o nr RPDS.06.02.00-02-0048/16.

III. Wymogi ustanowione względem wykonawców i ich ofert

1. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym

- Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.

- Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.

- Potencjał techniczny

Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.

- Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.

2. Podstawy do wykluczenia wykonawcy i odrzucenia jego oferty

Oferta będzie podlegała odrzuceniu, jeżeli:

- zostanie złożona po upływie wyznaczonego terminu,
- treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
- oferta nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym.



Zamówienie nie może być udzielone wykonawcy powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wystąpienie powiązania osobowego lub kapitałowego między Zamawiającym a wykonawcą jest przesłanką do wykluczenia wykonawcy z zapytania ofertowego.

Za powiązania kapitałowe lub osobowe przyjmuje się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- (1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- (2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- (3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- (4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Lista dokumentów i oświadczeń wymaganych od wykonawcy

Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

- (1) uzupełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1,
- (2) pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie osoby (odpowiednio: osób) podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych wykonawcy.

IV. Termin składania ofert i sposób przygotowania oferty

1. Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 02.01.2018 r. do godziny 14.00 na adres: SPEKTRUM SP. Z O.O., ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej e-mail: bk@spektrum.wroc.pl.

W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej Zamawiający nie wymaga od wykonawcy podpisania oferty podpisem elektronicznym.

2. Opis sposobu przygotowania i składania ofert

Oferty należy sporządzać w języku polskim.

Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Do formularza ofertowego należy załączyć wymagane w zapytaniu ofertowym dokumenty i oświadczenia.

Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

W cenie realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić całość przedmiotu zamówienia, odpowiednio: całą jego część, jeżeli wykonawca składa ofertę częściową.

3. Termin ważności ofert

Minimalny okres ważności oferty – 30 dni.

Termin ważności oferty może zostać przedłużony przez wykonawcę na wniosek Zamawiającego.

4. Składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części, oznaczone jako: Część A (Aparat usg oka (1 sztuka)), Część B (Laser mikropulsowy (1 sztuka)). Wykonawca może złożyć ofertę na Część A lub Część B lub łącznie – na Część A i Część B.

5. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

6. Informacja o ofertach wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Informacja o opcjach

Zamawiający nie dopuszcza opcji.

V. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

1. Kryteria oceny ofert i ich waga

Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty odrębnie dla każdej części zamówienia (odpowiednio: Część A, Część B) według następujących kryteriów:

Część A

- Cena - 60%,
- Zapewnienie doskonałej jakości obrazu komory przedniej oka (ułatwiający lekarzowi pewniejszą diagnozę) dzięki wyposażeniu aparatu w sondę liniową UBM - 10%,
- Zapewnienie mniejszej masy i mniejszej awaryjności głowic B i UBM poprzez realizację ruchu przetwornika za pomocą napędu magnetycznego - 10%,
- Możliwość dokładniejszej kalkulacji soczewek wewnątrzgąłkowych u pacjentów po chirurgii refrakcyjnej dzięki dodatkowym formułom kalkulacyjnym (SHAMMAS, ROSA, dr Aramberri) - 10%,
- Możliwość rejestracji sekwencji wideo (ułatwiająca wybór skanu, a tym samym pozwalając lekarzowi na lepszą ocenę struktur oka i postawienie prawidłowej diagnozy) - 10%.

Część B

- Cena - 60%,
- Dodatkowa gwarancja na źródło światła – 10 %,
- Możliwość dokładniejszego wglądu w obszary peryferyjne dna oka dzięki lampie w układzie typu „Haag-Streit” – 10%,
- Programowalny dżojstik ułatwiający operatorowi zmianę parametrów w trakcie zabiegu – 10%,
- Ekran dotykowy powyżej 10 cali ułatwiający operatorowi programowanie zabiegów – 10%,

2. Sposób dokonania oceny ofert

Część A

- sposób dokonania oceny oferty w kryterium Cena (w pkt):

$$C = \text{CNO} / \text{OCW} \times 60 \text{ pkt.}$$

gdzie:

C - liczba punktów oferty w kryterium cena

CNO - cena najtańszej oferty

OCW - oferowana cena przez wykonawcę, którego oferta poddana jest ocenie

Do porównania ofert brana będzie cena brutto za realizację Części A zamówienia. W przypadku określenia ceny w walucie innej niż polski złoty, do przeliczenia ceny na potrzeby porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowany zostanie średni kurs danej waluty ogłaszany przez NBP, obowiązujący w ostatnim dniu składania ofert. Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- sposób dokonania oceny oferty w kryterium Zapewnienie doskonałej jakości obrazu komory przedniej oka (ułatwiający lekarzowi pewniejszą diagnozę) dzięki wyposażeniu aparatu w sondę liniową UBM (w pkt):

10 pkt - urządzenie zapewnia doskonałą jakość obrazu komory przedniej oka (ułatwiający lekarzowi pewniejszą diagnozę) dzięki wyposażeniu aparatu w sondę liniową UBM,

0 pkt - urządzenie nie zapewnia doskonałej jakości obrazu komory przedniej oka (ułatwiający lekarzowi pewniejszą diagnozę) dzięki wyposażeniu aparatu w sondę liniową UBM.

- sposób dokonania oceny oferty w kryterium Zapewnienie mniejszej masy i mniejszej awaryjności głowic B i UBM poprzez realizację ruchu przetwornika za pomocą napędu magnetycznego (w pkt)

10 pkt - urządzenie zapewnia mniejszą masę i mniejszą awaryjność głowic B i UBM poprzez realizację ruchu przetwornika za pomocą napędu magnetycznego,

0 pkt - urządzenie nie zapewnia mniejszej masy i mniejszej awaryjności głowic B i UBM poprzez realizację ruchu przetwornika za pomocą napędu magnetycznego.

- sposób dokonania oceny oferty w kryterium Możliwość dokładniejszej kalkulacji soczewek wewnątrzgałkowych u pacjentów po chirurgii refrakcyjnej dzięki dodatkowym formułom kalkulacyjnym (SHAMMAS, ROSA, dr Aramberri) (w pkt):

- 10 pkt - urządzenie umożliwia dokładniejszą kalkulację soczewek wewnątrzgałkowych u pacjentów po chirurgii refrakcyjnej dzięki dodatkowym formułom kalkulacyjnym (SHAMMAS, ROSA, dr Aramberri),
- 0 pkt - urządzenie nie zapewnia możliwości dokładniejszej kalkulacji soczewek wewnątrzgałkowych u pacjentów po chirurgii refrakcyjnej dzięki dodatkowym formułom kalkulacyjnym (SHAMMAS, ROSA, dr Aramberri).
- sposób dokonania oceny oferty w kryterium Możliwość rejestracji sekwencji wideo (ułatwiająca wybór skanu, a tym samym pozwalająca lekarzowi lepszą ocenę struktur oka i postawienie prawidłowej diagnozy) (w pkt):
- 10 pkt - urządzenie umożliwia rejestrację sekwencji wideo (ułatwiająca wybór skanu, a tym samym pozwalając lekarzowi na lepszą ocenę struktur oka i postawienie prawidłowej diagnozy) – zapis sekwencji wideo powyżej 20sek,
- 2 pkt - urządzenie umożliwia rejestrację sekwencji wideo (ułatwiająca wybór skanu, a tym samym pozwalając lekarzowi na lepszą ocenę struktur oka i postawienie prawidłowej diagnozy) – zapis sekwencji wideo do 20sek włącznie,
- 0 pkt - urządzenie nie zapewnia możliwości rejestracji sekwencji wideo (ułatwiającej wybór skanu, a tym samym pozwalając lekarzowi na lepszą ocenę struktur oka i postawienie prawidłowej diagnozy).

Część B

- sposób dokonania oceny oferty w kryterium cena (w pkt):

$$C = \text{CNO} / \text{OCW} \times 60 \text{ pkt.}$$

gdzie:

C - liczba punktów oferty w kryterium cena

CNO - cena najtańszej oferty

OCW - oferowana cena przez wykonawcę, którego oferta poddana jest ocenie

Do porównania ofert brana będzie cena brutto za realizację Części B zamówienia. W przypadku określenia ceny w walucie innej niż polski złoty, do przeliczenia ceny na potrzeby porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowany zostanie średni kurs danej waluty ogłaszany przez NBP, obowiązujący w ostatnim dniu składania ofert. Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- sposób dokonania oceny oferty w kryterium Dodatkowa gwarancja na źródło światła (w pkt):
 - 10 pkt - dodatkowe 12 miesięcy lub więcej gwarancji na źródło światła ponad termin gwarancji wymagany w opisie przedmiotu zamówienia,
 - 0 pkt - dodatkowa gwarancja na źródło światła krótsza niż 12 miesięcy lub brak dodatkowej gwarancji ponad termin gwarancji wymagany w opisie przedmiotu zamówienia.

- sposób dokonania oceny oferty w kryterium Możliwość dokładniejszego wglądu w obszary peryferyjne dna oka dzięki lampie w układzie typu „Haag-Streit” (w pkt):
 - 10 pkt - urządzenie umożliwia dokładniejszy wgląd w obszary peryferyjne dna oka dzięki lampie w układzie typu „Haag-Streit”,
 - 0 pkt - urządzenie nie zapewnia możliwości dokładniejszego wglądu w obszary peryferyjne dna oka dzięki lampie w układzie typu „Haag-Streit”.

- sposób dokonania oceny oferty w kryterium Programowalny dżojstik ułatwiający operatorowi zmianę parametrów w trakcie zabiegu (w pkt):
 - 10 pkt - urządzenie posiada programowalny dżojstik ułatwiający operatorowi zmianę parametrów w trakcie zabiegu,
 - 0 pkt - urządzenie nie posiada programowalnego dżojstika ułatwiającego operatorowi zmianę parametrów w trakcie zabiegu.

- sposób dokonania oceny oferty w kryterium Ekran dotykowy powyżej 10 cali ułatwiający operatorowi programowanie zabiegów (w pkt):
 - 10 pkt - urządzenie posiada ekran dotykowy powyżej 10 cali ułatwiający operatorowi programowanie zabiegów,
 - 0 pkt - urządzenie nie posiada ekranu dotykowego powyżej 10 cali ułatwiającego operatorowi programowanie zabiegów.

3. Sposób wyboru oferty najkorzystniejszej

Za najkorzystniejszą dla poszczególnych części zamówienia (odpowiednio: A, B) zostanie uznana oferta, która:

- (1) uzyska największą całkowitą liczbę punktów obliczoną według wzoru:

Część A

$$P = C + ZJ + ZM + MK + MR$$

gdzie:

- P - całkowita liczba punktów oferty
- C - liczba punktów oferty w kryterium Cena
- ZJ - liczba punktów oferty w kryterium Zapewnienie doskonałej jakości obrazu komory przedniej oka (ułatwiający lekarzowi pewniejszą diagnozę) dzięki wyposażeniu aparatu w sondę liniową UBM
- ZM - liczba punktów oferty w kryterium Zapewnienie mniejszej masy i mniejszej awaryjności głowic B i UBM poprzez realizację ruchu przetwornika za pomocą napędu magnetycznego
- MK - liczba punktów oferty w kryterium Możliwość dokładniejszej kalkulacji soczewek wewnątrzgałkowych u pacjentów po chirurgii refrakcyjnej dzięki dodatkowym formułom kalkulacyjnym (SHAMMAS, ROSA, dr Aramberri)
- MR - liczba punktów oferty w kryterium Możliwość rejestracji sekwencji wideo (ułatwiająca wybór skanu, a tym samym pozwalająca lekarzowi lepszą ocenę struktur oka i postawienie prawidłowej diagnozy)

Gdyby więcej niż jedna oferta uzyskała największą całkowitą liczbę punktów, to Zamawiający wybierze za najkorzystniejszą ofertę tańszą.

Część B

$$P = C + G + MW + PD + ED$$

gdzie:

- P - całkowita liczba punktów oferty
- C - liczba punktów oferty w kryterium Cena
- G - liczba punktów oferty w kryterium Dodatkowa gwarancja na źródło światła
- MW - liczba punktów oferty w kryterium Możliwość dokładniejszego wglądu w obszary peryferyjne dna oka dzięki lampie w układzie typu „Haag-Streit”
- PD - liczba punktów oferty w kryterium Programowalny dżojstik ułatwiający operatorowi zmianę parametrów w trakcie zabiegu
- ED - liczba punktów oferty w kryterium Ekran dotykowy powyżej 10 cali ułatwiający operatorowi programowanie zabiegów

Gdyby więcej niż jedna oferta uzyskała największą całkowitą liczbę punktów, to Zamawiający wybierze za najkorzystniejszą ofertę tańszą.

(2) nie będzie podlegała odrzuceniu,

(3) została złożona przez wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty i zamknięcie zapytania ofertowego

O wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego wykonawcy, którzy złożyli oferty, zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający opublikuje informację



o wybranym wykonawcy, któremu udzielono zamówienia na stronie internetowej, na której upublicznione zostało zapytanie ofertowe.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, pocztą elektroniczną.

W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą lub uchylania się przez tego wykonawcę od jej zawarcia, Zamawiający ma prawo zaprosić do podpisania umowy kolejnego z wykonawców, który złożył drugą w kolejności najwyższej ocenioną ofertę, a w przypadku gdyby on również nie wyraził zgody na zawarcie umowy kolejnego z wykonawców z najwyższej ocenioną ofertą.

VI. Realizacja przedmiotu zamówienia, umowa o zamówienie oraz podstawy do zmiany jej treści

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Część A oraz Część B przedmiotu zamówienia zostanie wykonana w następujących terminach:

- termin dostawy sprzętu medycznego: do 06.02.2018 r.
- termin instalacji sprzętu medycznego oraz przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego: do 13.02.2018 r.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia

SPEKTRUM SP. Z O.O., ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław

3. Umowa i warunki wprowadzenia zmian do jej treści

Zamawiający zawrze z wykonawcą, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą (odpowiednio: dla Części A, Części B) umowę o zamówienie.

Zamawiający nie przewiduje udziału wykonawcy w sporządzeniu treści umowy.

Zamawiający na obecnym etapie tj. publikacji zapytania ofertowego nie przewiduje publikacji treści (wzoru) umowy o zamówienie, bowiem nie wymagana tego zasada konkurencyjności, na podstawie której niniejsze zapytanie ofertowe jest prowadzone.

Treść Umowy zostanie przedstawiona wyłącznie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (odpowiednio: dla Części A, Części B).

Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia istotnych zmian do umowy o zamówienie w toku jej realizacji.

4. Kary umowne

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- W wysokości 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy;
- W wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu, odpowiednio: dostawy, instalacji przedmiotu dostawy oraz instruktażu stanowiskowego.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- W wysokości 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

VII. Zastrzeżenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- poprawienia oczywistych omyłek pisemnych, rachunkowych oraz innych omyłek (w tym prowadzących do zmiany oferty, za pisemną zgodą wykonawcy uzyskaną w wyznaczonym terminie),
- wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty w wyznaczonym terminie, jeżeli ta budzi wątpliwości,
- zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców o zmianie zapytania ofertowego w sposób tożsamy jak dla ogłoszenia zapytania ofertowego. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego niezbędne będzie uzyskanie dodatkowego czasu na wprowadzenie odpowiednich zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do dokonania tych zmian.
- odwołania zapytania ofertowego, zamknięcia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,
- zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przypadku odwołania lub zamknięcia zapytania ofertowego wykonawcom nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

Zamawiający nie przewiduje postępowania odwoławczego od decyzji Zamawiającego podjętych w trakcie zapytania ofertowego.

VIII. Załączniki

- Załącznik nr 1: Formularz oferty

SPEKTRUM Sp. z o.o.
53-334 Wrocław, ul. Zaolziańska 4
tel. 71 344 57 25
NIP 897-16-58-338, REGON: 932632951
(1)


PREZES ZARZĄDU
Iwona Potaczek