

OPIS ZMIAN

CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA

Było:

Rzutnik optotypów/ Panel (2 sztuki) - wyświetlacz optotypów umożliwiający ocenę ostrości wzroku, spełniający następujące parametry:

- 1) zawierający co najmniej następujący zestaw testów: cyfry, litery, obrazki dla dzieci, Snellen E, Landolt, czerwono-zielony, binokularny, Worth, Schober, stereoskopowe, na astygmatyzm, maski: linia pozioma, pionowa, pojedynczy znak,

Jest:

Rzutnik optotypów (2 sztuki) - wyświetlacz optotypów umożliwiający ocenę ostrości wzroku, spełniający następujące parametry:

- 1) zawierający co najmniej następujący zestaw testów: cyfry, litery, obrazki dla dzieci, Snellen E lub Landolt, czerwono-zielony, binokularny, Worth lub Schober, stereoskopowe, na astygmatyzm, maski: linia pozioma, pionowa, pojedynczy znak,

CZĘŚĆ B ZAMÓWIENIA

Było:

Pachymetr (1 sztuka) - umożliwiający wykonanie kontaktowego pomiaru grubości rogówki, spełniający następujące parametry:

(...)

- 3) zasilany sieciowo z możliwością zasilania akumulatorowego.

Jest:

Pachymetr (1 sztuka) - umożliwiający wykonanie kontaktowego pomiaru grubości rogówki, spełniający następujące parametry:

(...)

- 3) możliwość zasilania akumulatorowego.

CZĘŚĆ A, B, C i D ZAMÓWIENIA

Było:

Zapewnienie reakcji serwisu (telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną) w czasie maksymalnie 24 godz. od zgłoszenia Zamawiającego,

W przypadku konieczności wizyty serwisowej zapewnienie reakcji serwisu do 72 godzin od zgłoszenia Zamawiającego.

Jest:

Zapewnienie reakcji serwisu (telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną) w czasie maksymalnie 24 godz. (w dni robocze) od zgłoszenia Zamawiającego

W przypadku konieczności wizyty serwisowej zapewnienie reakcji serwisu do 72 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia Zamawiającego